

**Cryovial 2,0 ml Self-Standing, External Thread steril 100 adet/PK Teknik şartname**

- 1) Tüpler hücre kültürü çalışması için uygun olmalıdır.
- 2) Tüpler steril olmalıdır.
- 3) Dıştan vida kapaklı ve etekli olmalıdır.
- 4) Kapaklarının içinde sızdırmazlığı sağlayacak conta olmalıdır.
- 5) Tüplerin yan tarafında dereceli hacim çizgisi olup, yazılabilir alanı bulunmalıdır.
- 6) Paket içinde 100 adet tüp bulunmalıdır.
- 7) Tüpler -196°C ile +121°C arasında ısı dayanıklı olmalıdır

Öğr. Gör. Dr. Hümevra İSPİRLİ

